



## Rapixo 采集卡


### QT 环境下 demo 使用问题以及无法创建 DCF 问题


#### 一、Qt 环境下的 Demo 不能使用

解决方法: 使用 QT Creator 打开项目 (MdispWindowQt.pro), 然后编译并运行。注意的是, 从 5.15.X 版本开始, 商业版本的 QT 需要购买, 其附带 QtCreator 和 SDK, 这些可以编译 Qt 示例。如果仅用于测试, 建议从 QT 官网上下载免费/非商业版本。

#### 二、错误信息“your mil dlls and driver version numbers do not match”, 无法正常新建 DCF 文件

问题描述: 在“MILConfig”中能发现设备, 但在“Intellicam”不能使用, 系统信息提醒, 如下图所示





解决方法: 将复制到 E:\9.7\9.8\Release\_Views-新\x64\Release 的 MIL DLL 所有文件删除, 然后重试。

同时禁用电脑上的 ASPM。

联系我们: 北京志强视觉科技发展有限公司  
电话: +86 (010) 80482120  
传真: +86 (010) 80483130  
邮箱: 51camera@51camera.com.cn  
网址: [www.51camera.com.cn](http://www.51camera.com.cn)